



Scan Tronic ApS

Sverigesvej 14

8700 Horsens, Danmark

CVR/VAT nr.: DK 25015886

Phone: +45 21 66 00 85

info@scan-tronic.dk

www.scan-tronic.dk

Сертификат о калибровке

Контроллер кислорода **OC2016 nr: XXX и XXX** с печатной платой **nr. XXX и XXX**, калибруется с помощью датчика **OS2014 nr: XXX и XXX**. Точками калибровки являются 20,9% O₂ (атмосферный воздух) и калибровочный газ 1% O₂ в азоте 99% N₂.

Horsens, XX.XX.20XX.

СТО

B.Sc. EE Damir Josipovic